



RAPPORTO DI PROVA N. 1680-2012
TEST REPORT No. 1680-2012

rif. alla norma UNI EN 1789:2010
rif. to standard UNI EN 1789:2010

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove del/i prodotto/i sottoindicato/i, seguendo i requisiti indicati nei punti 4.5.9 e 5.3 della norma UNI EN 1789:2010 con riferimento alla direttiva 93/42/CEE.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini hereby declares that tests have been carried out on the product/s listed hereafter, following the requirements of pts. 4.5.9 and 5.3 of the standards UNI EN 1789:2010 with reference to the directive 93/42/EEC.

FABBRICANTE:

Manufacturer

ME.BER. S.r.l. unipersonale

Strada Langhirano, 270 - 43124 FONTANINI (PR)

PRODOTTO "Tipo, identificazione, utilizzo":

Product "Type, designation, use"

**Sistema di fissaggio a parete art. 959
per barella mod. "Ergon" art. 16150
Wall fixing system art. 959
for "Ergon" stretcher art. 16150**

LUOGO DI PRODUZIONE:

Production site

Strada Langhirano, 270 - 43124 FONTANINI (PR)

NORME DI RIFERIMENTO:

Reference standards

UNI EN 1789:2010 pt. 4.5.9 e/and 5.3

ESITO:

Result

**POSITIVO (dettagli in allegato 1)
POSITIVE (see details in annex 1)**

Il presente documento è composto da n. 1 allegato / *This document has also n. 1 annex*

Data/Date: 19 Dicembre / *December* 2012

Il Direttore Tecnico - *Technical Manager*
Dr. Ing. Sergio Tosi