



RAPPORTO DI PROVA N. 1422-2012 TEST REPORT No. 1422-2012

rif. alle norme UNI EN 1865-1:2010 e UNI EN 1789:2010 (pt. 4.5.9 e 5.3)
ref. to standards UNI EN 1865-1:2010 and UNI EN 1789:2010 (pt. 4.5.9 and 5.3)

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove dell/i prodotto/i sottoindicato/i, seguendo i requisiti indicati nella norma UNI EN 1865-1:2010 e nei pt. 4.5.9 e 5.3 della norma UNI EN 1789:2010 con riferimento alla direttiva 93/42/CEE.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini hereby declares that tests have been carried out on the product/s listed hereafter, following the requirements of the standard UNI EN 1865-1:2010 and pt. 4.5.9 and 5.3 of the standard UNI EN 1789:2010 with reference to the directive 93/42/EEC.

FABBRICANTE:

Manufacturer

ME.BER. S.r.l.

Strada Langhirano, 270 - 43124 FONTANINI (PR)

PRODOTTO "Tipo, identificazione, utilizzo":

Product "Type, designation, use"

**Sedia pieghevole per trasporto paziente
in alluminio modelli**

"EXTRA LITE Basic" art. 678

"EXTRA LITE Standard" art. 676

"EXTRA LITE Advance" art. 674

e relativo sistema di fissaggio art. 960

Foldable aluminium sedan chair models

"EXTRA LITE Basic" art. 678

"EXTRA LITE Standard" art. 676

"EXTRA LITE Advance" art. 674

and support for the fixing art. 960

NORME DI RIFERIMENTO:

Reference standards

UNI EN 1865-1:2010

UNI EN 1789:2010 - pt. 4.5.9 e 5.3

ESITO:

Result

POSITIVO - POSITIVE

ad esclusione del pt. 4.9.2 della norma UNI EN 1865-1:2010
per art. 676 e 674

*except pt. 4.9.2 of the standard UNI EN 1865-1:2010
on art. 676 and 674*

(dettagli in allegato 1 - see details in annex 1)

Il presente documento è composto da n. 1 allegato / *This document has also n. 1 annex*

Data/Date: 17 Ottobre / *October* 2012

Il Direttore Tecnico - *Technical Manager*
Dr. Ing. Sergio Tosi